



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN



INCIDENTE PRODUCTO SANITARIO		MEDIDAS DE PREVENTIVAS	
Remitido a	GERENTES/ RESPONSABLES		
Remitido por	SERVICIO DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA. DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.		
Teléfono	922 95 18 25/26/28	Fax	922 9519 40
Fecha	6 DE FEBRERO DE 2024		

Se ha notificado un incidente relacionado con la utilización del producto sanitario **Catéter diagnóstico Select SIM 5F, nombre comercial Penumbra Neuron Select Catheter 5F, modelo PNS5F130SIM, lote F104409 y fecha de caducidad 07/03/2024, del fabricante "Penumbra"**, en el que se señala que durante la cateterización de la carótida se comprueba que el catéter está roto en la transición final en 3 fragmentos que por el flujo sanguíneo migran a la arteria cerebral media derecha que empieza a trombosarse. Además en la misma notificación se menciona que abriendo otro catéter estéril se rompe por el mismo lugar que los anteriores.

Lo que se comunica como medida de precaución y para que se adopten las medidas que estimen oportunas en el caso de disponer del producto.

Este incidente se ha puesto en conocimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Asimismo si algún profesional ha tenido este mismo problema se ruega que realice la pertinente comunicación al portal NotificaPS de la citada Agencia, en el siguiente enlace:

<https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>

Santa Cruz de Tenerife,



Juan Luis Castanys Cuello
Jefe de sección de inspección del servicio de ordenación farmacéutica.

C/ Real del Castillo, 152
Hospital Juan Carlos I
35014 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 21 17 01/ 56

C/ Pérez de Rozas, 5. 4ª planta.
38004 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 95 18 25/26/27/28
Fax: 922 95 19 40