

Centro: SUR

Proveedor 10202 MEDICAL CANARIAS

TIPO:

ADJUDICACIÓN

Nº REGISTRO ENTRADA

2024/0140

2023/1082

Precio

SAP	Descripción	Referencia	Und/Caja	Caja	Unidad	IGIC
920930	ELECTRODO DESECHABLE ADULTO	4200	1200	48,00 €	0,04 €	0%

Impuesto no Incluidos


NOTA:Comerciante Minorista

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos Tarifa de Prestación Cerrada, antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Gestionado por:
Victor Rodríguez González

Fdo. 

Verificado/Conforme
Jose Manuel Jorge Pérez



25 ENE 2024

DPTO. CENTRAL DE COMPRAS


Informado 25/01/2024.

ADJUDICACIÓN MEDICAL CANARIAS.
 2023/1082
 Precio
 Caja Unidad IGIC
 48,00 € 0,04 € 0%

- Adquisición Cadion SAP
 20230, proveedor Medical Canarias.
 - Se dispone mejor económica de 12,08€/o
 respecto al Electrodo Actual de proveedor
 NCA.
 - NCA tiene toda stock.

				CONSUMO		ACJ			MEDICAL CANARIAS				Desviación		
SAP	Descripción	Referencia	Und/Caja	2022	2023	Caja	Unidad	Gasto	Referencia	Und/Caja	Caja	Unidad	Gasto	€	%
920930	ELECTRODO DESECHABLE ADULTO	31050522	1000	679.909	799.500	45,50 €	0,05 €	36.377,23 €	4200	1200	48,00 €	0,04 €	31.979,98 €	-4.397,25 €	-12,09%

**Rotura de Stock

 / José
25/01/24

Consumo grupo Hospital SUR

$2012 - 336.400 \text{ und} \times 0,0455 \text{ €} = 15.306,20 \text{ € (ACJ)}$
 $336.400 \text{ und} \times 0,04 \text{ €} = 13.456 \text{ € (MEDICAL CANARIAS)}$

Diferencial: 1.850,20 € (12,08%)

- Ampliación Código 920930 Medical Canarias.
- La E/A 4200 ya se aplica en el Grupo con coste al precio de 0,06€/unidad



DELEGACIÓN GRAN CANARIA
 C/ Olof Palme nº 31 bajo
 35010 Las Palmas de G.C.
 Tfn. 928 22 52 05 - Fax. 928 22 95 23
 Email: medical-lp@medicalcanarias.com

DELEGACIÓN TENERIFE
 C/ Esperanto nº 4, Bajo, Edificio Daniel II
 38280 Tegueste
 Tfn. 922 54 48 53 - Fax. 922 54 49 53
 Email: medical-tf@medicalcanarias.com

PRESUPUESTO			
Serie	Número	Fecha	Cliente
TF	24020012	12/01/2024	0857

CLINICAS DEL SUR S.L.U.
 AV/MARÍTIMA,3
 38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
 STA CRUZ DE TENERIFE-ESPAÑA
 CIF: B38031241

DATOS COMERCIAL

Este presupuesto le ha sido enviado por **Damián Pérez García**
 Email: dp@medicalcanarias.com Teléfono: 686949702
A la atención de:

Referencia	Descripción	Código Z	Unidades	Precio	Importe
4200	ELECTRODO ECG CORCHETE C/1200		1.200,00	0,0400	48,00

Importe neto				Base I.G.I.C.	%IGIC	Total I.G.I.C.
48,00				48,00	0,00	

Validez de la oferta: 30 días

* Portes e impuestos incluidos

OBSERVACIONES:

TOTAL	48,00
--------------	--------------

Exento de IGIC - Comerciante Minorista

Víctor Rodríguez González

De: Jose Manuel Jorge Pérez
Enviado el: miércoles, 17 de enero de 2024 10:45
Para: Angel Martín; Víctor Rodríguez González
CC: Gara Fernández Hernández; Maria Isabel Alonso Rodriguez
Asunto: RE: ELECTRODOS DE MONITORIZACION ADULTOS

Importancia: Alta

Buenos días,
Víctor, por favor pongámonos con ello.


Gracias.

Saludos Cordiales
Responsable Fungibles y Prótesis.
Jose Manuel Jorge Pérez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>
Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024 10:28
Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Asunto: RE: ELECTRODOS DE MONITORIZACION ADULTOS

920930
Angel Martín
Hospiten Sur

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024 10:20
Para: Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>
Cc: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>
Asunto: RE: ELECTRODOS DE MONITORIZACION ADULTOS

Buenos días,
Ángel, por favor podrías indicarnos el código Sap de los productos que se detallan en el presente correo.??

Gracias.

Saludos Cordiales
Responsable Fungibles y Prótesis.
Jose Manuel Jorge Pérez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>
Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024 9:54
Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Asunto: RV: ELECTRODOS DE MONITORIZACION ADULTOS

buenos días

te reenvío correo del servicio de farmacia donde se quejan de la calidad de los electrodos que actualmente estamos comprando. los que quiere el servicio son los de Medical Canarias, los podrías poner en el contrato para poderlos comprar.

creo que son más baratos que los que estamos comprando actualmente

un saludo
Angel Martín
Hospiten Sur

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Paula Oramas <poramas@hospiten.com>
Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024 9:40
Para: Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>; Daniel Manso <daniel.manso@hospiten.com>
Cc: Ana Isabel Soler Rodenas <ana.soler@hospiten.com>
Asunto: ELECTRODOS DE MONITORIZACION ADULTOS

Buenos días,

Hemos recibido quejas de los cardiólogos por la mala calidad de los electrodos de monitorización de adultos, sobre todo en Consultas Externas, cuando se realizan las pruebas de esfuerzos y en los Holter de 24 horas, se despegan a pesar de haber sido fijados con esparadrapo. Son de mala calidad, se despegan con facilidad, se pierde tiempo en colocar nuevos electrodos, se tarda más en realizar la prueba y en algunos casos hay que realizar la prueba de nuevo o la colocación del Holter de 24 horas de nuevo.

Solicitan tener uno de los siguientes electrodos por lo menos para las consultas de cardiología, estos ya se han usado en el hospital, son de buena calidad y nos le han presentado problemas:

-ELECTRODOS DE MONITORIZACIÓN AMBU WHITE SENSOR 4200

-ELECTRODOS DE MONITORIZACIÓN CARDINALHEALT KENDALL REF.925G

Un saludo

HOJA TÉCNICA

Ambu WhiteSensor 4200 presenta un gel sólido de alta conductividad que garantiza una buena calidad de la señal durante las pruebas de ECG de monitorización.


Gracias al material de espuma flexible en el respaldo, el electrodo es fácil y cómodo de usar durante la aplicación.

Características Principales


- Gel sólido alta conductividad
- Respaldo de espuma flexible
- Biocompatible

Ambu® WhiteSensor 4200

Electrodo para ECG desechable



Gel sólido



Respaldo
de espuma

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (ancho x longitud en mm)	28 x 44
Tamaño de contacto con la piel (ancho x longitud en mm)	28 x 44
Área adhesiva (en mm ²)	919
Altura sin el conector/cable (en mm)	1

Sensor

Material del sensor	Plata/cloruro de plata
Sistema de gel	Sólido
Área del sensor (en mm ²)	46
Área de gel/área de medición (en mm ²)	201

Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA - típica	150 Ω
Tensión de desviación de CC - típica	1,0 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	12 mV
Tasa de cambio de potencial de polarización - típica	0,3 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	30 μV
Tolerancia de corriente de polarización (más de 8 horas)	5 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Bolsa exterior	Espuma de polietileno (PE)
Adhesivo exterior	Poliacrilato
Etiqueta	Polietileno
Conector (corchete)	Acero inoxidable
Blíster	Película de poliéster siliconado

Embalaje

Bolsa (capas exterior/central/interior)	Poliéster (PET)/aluminio/polilámina
Caja interior y exterior	Caja corrugada

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

Radiografía y resonancia magnética

Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No

Caducidad

En bolsa abierta	1 mes
En bolsa cerrada	30 meses*

*A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	100
Cantidad/caja	1200
Venta mínima	9600

Atención

Un único uso

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Número de referencia	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
4200	5	100	1200	9600

Ambu

Firma Ambu SL
 Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
 28027, Madrid
 T +34 91 411 6830
 www.ambu.es
 ayuda@ambu.com

CE