



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CEPILLO DOBLE PARA LIMPIEZA DE VÁLVULA


REF: REI-DV06-23-220-EIN

Cepillo doble para limpieza de
válvula de endoscopios

diámetro 2.3 mm
longitud 220 cm



STERILE
EO



ENDO  **TECHNIK**
Your endo-stop Endo-Shop

UN SOLO USO
Esterilizado con Oxido de Etileno

Descripción: Cepillo de limpieza para el canal de trabajo del endoscopio.
Cerdas y punta suavemente redondeadas para proteger el canal

Material/Composición: Vaina de poliuretano (PU).
Cerdas de poliamida (PA).

Atributos y medidas:
Diámetro: 2.3 mm
Cerdas: 6 mm + 11 mm
Longitud: 220 cm
Látex: No

Equipo compatible: Endoscopios con canal de trabajo de 2.8 – 3.7mm
Desechable
Envasado: Envase unitario estéril.
Con etiquetado en el que figura denominación, referencia comercial, fecha de caducidad, nº de lote y método de esterilización del artículo
Conservación: Mantener en lugar limpio, seco y fresco, lejos de la luz directa del Sol, del calor o de gases químicos.

Garantía de Calidad: Normas europeas: Calidad DIN EN ISO 13485:2003; CD 93/42/EEC/ Anexo II (clase I), Marcado CE 2271.15/2010-10-04 y Biocompatibilidad ISO 10993-1.
Certificado Libre de Látex

FCH_REI-DV06-23-220-EIN_WGE_01.12_ES_Cepillo Limp

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Wir / We

Name + Adresse der Firma
Name + address of manufacturer

ENDO-TECHNIK W. Griesat GmbH
Heiligenstock 32
D-42697 Solingen, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass
declare on our own responsibility that

das Medizinprodukt Name
the medical device name

Bürste, Endoskopreinigung
Einmalprodukt, unsteril

Brush, endoscope cleaning
Single use, non steril

UMDNS 17-143

Klasse / Regel
class / rule

I / 1

REI-Dxx/20-xx-xxx-EIN

REI-Dxx-xx-xxx-EIN

REI-Exx-xx-xxx-EIN

REI-DV06-23-220-EIN

REI-VEN-A0-T01-EIN

LOT - oder Serien-Nr. / lot or serial number

xxxx

den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
93/42/EWG entspricht.
meets all relevant provisions of the directive 93/42/EEC
which apply to him.

Benannte Stelle (falls zutreffend)
Notified body (if applicable)

Konformitätsbewertungsverfahren
Conformity assessment procedure

Anhang VII Richtlinie 93/42/EWG
Annex VII directive 93/42/EEC

Gültig bis / Valid until

2021-08-17

Solingen, 2019-03-12

Ort, Datum / place, date

.....
Michaël Owedyk (Geschäftsführer / Managing
director)Name (Funktion) / name (function)